



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 30.03.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/04/18

**Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych”**

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018 r. pod numerem 536234-N- 2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami) **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**

**W związku z powyższym przesyłamy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta?

**Ad.1**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do 21 dni ?

**Ad. 2**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora do badań biochemicznych, którego wydajność w trybie seryjnym z ISE wynosi do 800 oznaczeń na godzinę? Biorąc pod uwagę roczną szacunkową liczbę badań podaną w Załączniku Nr 2/I, taka wydajność zapewni Zamawiającemu wykonanie wszystkich oznaczeń w godzinach pracy laboratorium.

**Ad. 3**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do badań biochemicznych bez możliwości podłączenia online do przesyłu danych dotyczących aplikacji, wartości kalibratorów/ kontroli? Dostawca gwarantuje codzienną telefoniczną pomoc aplikacyjną.

**Ad. 4**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**



#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonywanie badań w surowicy, moczu, osoczu, hemolizacie? Oferowany analizator zapewni wykonywanie wszystkich oznaczeń wymienionych w Załączniku Nr 2/I.

**Ad. 5**

**Tak.**

#### **Pytanie nr 6**

W związku z informacją, że kontrola będzie wykonywana codziennie na dwóch poziomach dla testów powyżej 500 oznaczeń rocznie, prosimy o informację ile dokładnie dni w tygodniu Zamawiający będzie wykonywał procedury kontrolne.

**Ad. 6**

**Procedury kontrolne wykonywane będą tylko w dni robocze tj. 5 dni w tygodniu**

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Zgoda na w/w rozwiązanie pozwoli na znaczne obniżenie wartości oferty.

**Ad. 7**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr oceniany "Wszystkie odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności wstępnego przygotowania poza analizatorem" jeśli jeden spośród oferowanych odczynników nie będzie płynny, gotowy do użycia, wymaga jedynie przed wstawieniem na pokład analizatora połączenia jego części składowych? Przygotowanie odczynnika nie wymaga od operatora odmierzania żadnych jego części składowych.

**Ad.8**

**Nie.**

#### **Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny te są dostarczane i uzupełniane przez serwis producenta w czasie konserwacji tej elektrody.

**Ad. 9**

**Zamawiający wymaga, aby wszystkie płyny niezbędne do konserwacji oraz ich ilości były w kalkulowane w cenę oferty zgodnie z instrukcją obsługi analizatora.**



### Pytanie nr 10

Czy jeśli w Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana „co roku lub w razie potrzeby”, oferent może założyć jej wymianę kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta?

Ad. 10

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymienne elementy analizatora, w tym lampy fotometru były w kalkulowane w cenę oferty zgodnie z instrukcją obsługi analizatora.

### Pytanie nr 11

§8 ust 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary do 10% wartości niezrealizowanej części umowy ?

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 12

dotyczy: Załącznik nr 2/1 do SIWZ Odczynniki, materiały zużywalne, eksploatacyjne oraz materiały kontrolne.

*W poz. 34 Hemoglobina glikowana szacunkowa ilość badań na rok 6 500*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/wymienionej pozycji , oraz materiałów kontrolnych do w/ wym oznaczenia - do osobnego pakietu, a tym samym umożliwienie dokonania wyboru spośród metod referencyjnych zalecanych przez międzynarodowe środowiska Diabetologiczne i złożenia ofert w Postępowaniu, szerokiemu i konkurencyjnemu gronu wykonawców ?

Oferujemy wykonanie oznaczenia z próbki krwi pełnej ( bez konieczności przygotowywania hemolizatów),- co jest zgodne z zapisem w zał 1/1 – parametry oceniane – w SIWZ : *Możliwość wykonywania oznaczeń HbA1C w sposób automatyczny bez udziału operatora w manualnym przygotowaniu hemolizatu z krwi pełnej wstawianej na pokład analizatora.*

Oferowane przez nas oznaczenie wykonane jest na analizatorze automatycznym , bez udziału operatora w manualnym przygotowaniu hemolizatu, techniką, która dla opisanego badania jest uznaną na świecie metodą , wysoko cenioną przez Międzynarodowe środowisko Diabetologiczne.



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Zwracamy uwagę, że znacząca ilość badań HbA1c wykonywanych w Państwa Płacówce, uzasadniałaby wprowadzenie nowoczesnej techniki badań, opartej na wysokiej jakościowo metodzie, wykonywanej w standardzie pełnej automatyzacji. Jest badaniem niezwykle dokładnym, pozbawionym konieczności przygotowania próbki i wykonywania wstępnych hemolizatów, a tym samym zapewniającym uniknięcie błędów wynikających z przygotowawczych czynności manualnych.

Metoda, którą chcielibyśmy Państwu zaoferować, posiada certyfikat NGSP, charakteryzuje znacznie szersza niż w metodach biochemicznych i turbidymetrycznych liniowość oznaczeń, lepsze zakresy pomiarowe, precyzja oznaczenia, oraz zapewnia uniknięcie wpływu na wynik badania, m.in. takich interferencji jak wysokie stężenia HbF, HbA, labilne postacie HbA1c, hiperlipidemia, obecność we krwi nieprawidłowych hemoglobin, ( np. karbamylowanych lub acetylowanych ), co jest zgodne zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dla wyników badań tego parametru. Dodatkowo- każda próbka jest przed pomiarem dokładnie mieszana, co zapobiega wpływowi sedymentacji na wynik pomiaru. Dokonując wyboru metody biochemicznej odrzucacie Państwo wszystkie nowoczesne możliwości diagnostyczne.

Odrzucając wykonanie badania HbA1c na wyspecjalizowanym dla tego badania analizatorze, macie Państwo również również świadomość, że w odniesieniu do pewnych kombinacji testów przeprowadzanych jednocześnie z HbA1c niezbędne będzie (w celu uniknięcia efektu kontaminacji) - stosowanie specjalnych, dodatkowych cykli mycia analizatora biochemicznego. Stanowi to będzie dodatkowe obciążenie analizatora biochemicznego i dodatkowy – pozornie mało widoczny, ale w efekcie poważny wzrost kosztu badań.

Prosimy o uwzględnienie, że przychylenie się do naszej prośby i wyłączenie tego badania do osobnego pakietu, gdyż może to stanowić dla Zamawiającego korzyść jakościową - z uwagi na możliwość stosowania rozwiązań uwzględniających aktualny stan wiedzy diagnostycznej i diabetologicznej, oraz stanowić uzasadnioną korzyść zarówno pod względem kosztów badań jak i czasu analiz.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie zmian w treści umowy oraz w opisie zamówienia.

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody

DYREKTOR  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa Praga Południe

Ewa Łagodźka