



Warszawa, dnia 17.07.2020 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/05/20

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup aparatu RTG cyfrowego z wbudowanymi detektorami DR dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saska 61 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa”,

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2020 r. pod numerem **561910-N-2020**.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**

W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Nr 1

Czy wraz z aparatem RTG, należy dostarczyć zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość), dwuczęściowego fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki oraz testy AEC) oraz oprogramowania wspomagającego wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MZ z dnia 12.11.2015 roku i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli ?

Ad 1.

Zamawiający wymaga, aby wraz z aparatem Wykonawca dostarczył zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość), dwuczęściowego fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki oraz testy AEC) oraz oprogramowania wspomagającego wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MZ z dnia 12.11.2015 roku i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli.

Pytanie Nr 2

Czy zamiast oprogramowania opisanego w Załączniku do SIWZ, to jest „Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną analizę wyników. Oprogramowanie z licencją bezterminową” można zaoferować oprogramowanie online wspierające wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MZ z dnia 12.11.2015 roku z licencją odnawialną, ważną w okresie gwarancyjnym oraz przedłużaną przez firmę serwisującą aparat RTG (przy zakupie usługi serwisowej) lub przedłużaną bezpośrednio przez użytkownika ?

Ad 2.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania online wspierające wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MZ z dnia 12.11.2015 roku z licencją odnawialną, ważną w okresie gwarancyjnym oraz przedłużaną przez firmę serwisującą aparat RTG (przy zakupie usługi serwisowej) lub przedłużaną bezpośrednio przez użytkownika

udzielone odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe

Ewa Lechodzka