



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 15.09.2020 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/11/20

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa mebli medycznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2020 r. pod numerem 582626-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**

W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytania dotyczą Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

Pytanie Nr 1

Dotyczy poz. 1 Fotel ginekologiczny – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tapicerowanych podkolanników, producent opisanego fotela nie posiada tapicerowanych podkolanników?

Ad. 1

Zamawiający nie wymaga tapicerowanych podkolanników.

Pytanie Nr 2

Dotyczy poz. 2 Kozetka drewniana do EKG – Czy Zamawiający dopuści kozetkę drewnianą o wadze 32 kg?

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy poz. 3 Kozetka lekarska z regulacją wysokości z podajnikiem – Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją wysokości w zakresie 52-90 cm oraz maksymalnym obciążeniem 160 kg?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy poz. 3 Kozetka lekarska z regulacją wysokości z podajnikiem – Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską ze stelażem w kolorze jasny szary RAL 7035?

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na kolor szary stelażu.

Pytanie Nr 5

Dotyczy poz. 3 Kozetka lekarska z regulacją wysokości z podajnikiem – Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości 45-95 cm o szerokości 68 cm, długości 195 cm oraz obciążeniu 200 kg?

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy poz. 6 Parawan medyczny teleskopowy – Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny z możliwością regulacji długości w zakresie 70-200 cm, głębokości 43 cm oraz długości 73-200 cm? Producent ze stabilności i bezpieczeństwa zmienił wykonanie parawanów do max 200 cm.

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Przewijak ścienny składany – Czy Zamawiający dopuści przewijak ścienny składany o poniższych parametrach:

Materiał Polietylen

Kolor Szary

Zabezpieczenia Regulowany pas nylonowy

Mocowanie Ścienne, 4-śrubowe

Pozycja Pozioma

Składanie Do ściany

Maksymalne obciążenie 20 kg

Wymiary przewijaka (otwarte) Wysokość 495 mm, długość 860 mm, głębokość 580 mm

Wymiary przewijaka (zamknięte) Wysokość 110 mm, długość 860 mm, głębokość 580 mm

Waga przewijaka 10 kg.

Dodatkowe funkcje Uchwyt na torbę, otwieranie teleskopowe

Opisany przez Zamawiającego przewijak w chwili obecnej nie jest dostępny w ofercie producenta.

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Przewijak ścienny składany – Prosimy o informację, z jakich materiałów wykonana jest ściana na której będzie montowany przewijak ścienny.

Ad. 8

Jeden przewijak ścienny będzie mocowany do ściany wykonanej z bloczków silikatowych, a drugi przewijak ścienny do ściany żelbetowej.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Stanowisko do pobrań materiału do badań – Czy Zamawiający dopuści stanowisko o wysokości siedziska 530 mm?

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza wysokość siedziska 530 mm.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt bez regulacji stopek?

Ad. 10

Zamawiający nie dopuszcza braku regulacji stopek.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt z dopuszczalnym obciążeniem do 70 kg?

Ad. 11

Zamawiający nie dopuszcza obciążenia do 70 kg.

Pytanie Nr 12

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt z wysokością do leża 790 mm, całkowitą wysokością 990 mm, wymiarach blatu roboczego (zewnątrznych) 69 x 89 cm?

Ad. 12

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 13

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt z podstawą wykonaną z wytrzymałego aluminium malowanego proszkowo, odpornego na korozję?

Ad. 13

Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji z aluminium.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt o konstrukcji aluminiowej pomalowanej proszkowo białym kolorem?

Ad. 14

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt z dopuszczalnym obciążeniem 30 kg, noworodki zazwyczaj ważą maksymalnie do 7 kg?

Ad. 15

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Stolik do badania niemowląt (z szafką) – Czy Zamawiający dopuści stolik do badania niemowląt o wysokości 90 cm i wymiarach blatu 70 x 90 cm?

Ad. 16

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 17

Dotyczy pozycji 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej dwusegmentową drewnianą kozetkę ze zmywalnym materacem o długości 190cm, szerokości 70cm, wysokości regulowanej w zakresie 55-83 cm, i kącie nachylenia zagłówek od 0 do 45°, o wadze 32 kg i dopuszczalnym obciążeniu 200 kg, z półką pod leżem, podgłówkiem i podajnikiem na jednorazowe prześcieradła, której ruchome leże pozwalać na ułożenie pacjenta nie tylko w pozycji leżącej, ale również w pozycji półleżącej lub siedzącej? Zaakceptowanie wyrobu zwiększy konkurencyjność, zapewniając oczekiwaną funkcjonalność, ponieważ proponowany wyrób nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ.

Ad. 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Dotyczy pozycji 3 – Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kozetkę spełniającą pozostałe wymagania SIWZ, której długość wynosi 200 cm? Parametr nieznacznie odbiega od opisanego, a zaakceptowanie wyrobu podniesie konkurencyjność.

Ad. 18

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 19

Dotyczy pozycji 8 – Czy Zamawiający może potwierdzić wymagane wymiary półki pod wagę, które w SIWZ zostały określone jako ok. 890 x 480 x 250 mm? Wydaje nam się, że zaszła pomyłka dotycząca grubości tej półki. Ponadto pragniemy zauważyć, że wymiary wag dla niemowląt nie przekraczają pola 40 x 60 cm – postulujemy sprostowanie wymagań i dopuszczenie wyrobów z półką o minimalnych wymiarach 40 x 60 cm.

Ad. 19

Zamawiający wyjaśnia, iż półka stanowi górną część szuflady, a co za tym idzie szerokość półki jest tożsama z szerokością szuflady, natomiast grubość stanowi wysokość szuflady z blatem półki. W załączeniu przedstawiamy poglądowe zdjęcie.



Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe

Ewa Łobodzka