



SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 12.02.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/02/18

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod numerem 513987-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**

W związku z powyższym przesyłamy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Nr 1

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, dla zadania 2 (Drystar 5302) wymaga 2 przeglądów w okresie 24 miesięcy. Zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane są 2 przeglądy w okresie 12 miesięcy dla ww. urządzenia (4 przeglądy w okresie 24 miesięcy) w celu utrzymania urządzenia w pełnej sprawności. Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego wymogu w SIWZ na ilość zgodną z zaleceniami producenta tj. 4 przeglądy w okresie 24 miesięcy.

Ad. 1

Podane zostały 2 przeglądy w okresie 24 miesięcy ze względu na niską eksploatację urządzenia.

Pytanie Nr 2

Zwracamy się z prośbą o dodanie w par 3 wzoru umowy zapisu:” *Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 17:00 (Zgłoszenia w pozostałe dni i po godzinie 15:00 będą traktowane za zgłoszone o godz. 08:00 kolejnego dnia roboczego.*

Ad. 2

Wprowadzenie tego zapisu koliduje z par. 2 pkt 12 (czas reakcji).

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe
Ewa Łagodzka