



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 02.04.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/03/19

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2019 r. pod numerem 530408-N-2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym przesyłamy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1 do Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuści analizator spełniający wymagania z załączonej tabeli?

Analizator do badania ogólnego moczu wraz z elementami upostaciowanymi

Parametry analizatora

1 Zautomatyzowany system do kompleksowej analizy moczu wraz z elementami upostaciowanymi (pomiar osadu moczu jako opcja)

2 Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych

3 Analizator współpracuje dwukierunkowo z systemem informatycznym

4 Minimalna objętość próbki moczu do kompleksowej analizy 3 ml

5 Wydajność analizatora: 120 ozn./godz - osad, 240 ozn./godz. - sucha chemia

6 Pomiar ciężaru właściwego nie z odczytu paskowego lecz metodą refraktometryczną

7 Oznaczone parametry (sucha chemia): bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew (Hb), leukocyty, pH, azotyny, kwas askorbinowy, SG, mikroalbumina, krew utajona w kale, wapń, kreatynina, barwa, mętność

8 Automatyczne pipetowanie moczu bezpośrednio na poszczególne pola paska testowego

9 Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce diluentem innym niż woda

10 Automatyczny podajnik próbek na 50 próbek z możliwością ciągłego uzupełniania

11 Technika pomiaru i oceny elementów upostaciowanych moczu oparta na cyfrowej analizie obrazu bez wirowania pobranej próbki moczu z dokumentacją fotograficzną (650 zdjęć do każdej próbki)

12 Ilościowe oznaczanie (osad): RBC, WBC, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, kryształki, śluz, plemniki, wałeczki, bakterie, komórki drożdży z możliwością zdefiniowania dodatkowych kategorii przez operatora

13 Wbudowana baza 100.000 wyników pacjentów z dokumentacją fotograficzną oraz możliwość weryfikacji wykonanych zdjęć na monitorze urządzenia

14 Możliwość podawania wyniku oceny ilościowej i jakościowej elementów upostaciowanych moczu w jednostkach wybranych przez operatora: ul lub pole widzenia

15 Instrukcja obsługi w języku polskim

16 Deklaracja zgodności CE

Ad.1

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego analizatora

Pytanie nr 2

Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:

§8 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Jeżeli tak, to prosimy również o odpowiednią modyfikację Załącznika nr 1/III (Zdanie nr III) do SIWZ Lp. 29.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ, Umowa dzierżawy – Załącznik nr 6 do SIWZ:

§13 ust. 1 pkt. a) oraz b):

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była *od wartości niezrealizowanej części umowy*, nie zaś od wartości brutto umowy.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ §1 ust. 3:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt materiałów zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Ad.4

Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ

Pytanie nr 5

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ §2:

Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie na końcu zapisu wyrażenia: *„która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.*

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Ad.5

Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ §7 ust. 2 pkt b):

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ §8 ust. 1:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostającej do realizacji umowy**, nie zaś od wartości umowy brutto.



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcją między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych bez detektora kolizji?

Ad.8

Nie

Pytanie nr 9 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych, w którym rozpoczęcie pracy wymaga naciśnięcia przycisku Start?

Ad.9

Tak

Pytanie nr 10 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający w punkcie 13 parametrów wymaganych do zaoferowania analizatora do właściwości fizykochemicznych ma na myśli pomoc na zasadzie podpowiadania kolejnych czynności jakie mają być wykonane w celu wykonania oznaczenia?

Ad. 10

Interaktywna pomoc dotyczy wszelkich sytuacji awaryjnych, w których pracownik może być zdalnie instruowany co do trybu postępowania

Pytanie nr 11 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych ze stabilnością pasków wynoszącą siedem dni?

Ad.11

Nie

Pytanie nr 12 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych, którego kalibracja jest wykonywana raz na trzy tysiące badań?

Ad.12

Tak

Pytanie nr 13 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych z paskami testowymi pakowanymi po sto pięćdziesiąt sztuk?

Ad. 13

Nie

Pytanie nr 14 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych z paskami oznaczającymi poziom kwasu askorbinowego? W oferowanych paskach testowych eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik jest dokonana przez zastosowanie nowego typu pola glukozy i erytrocytów.

Ad.14

Nie



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Pytanie nr 15 Dotyczy Zadania nr V

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do właściwości fizykochemicznych, którego kompletny przegląd według zaleceń producenta powinien być wykonywany raz w roku?

Ad.15

Nie

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników ich termin ważności wynosił 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

Ad.16

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do oznaczania anty-HIV zaoferować test HIV 4 generacji, oznaczający jednocześnie przeciwciała anty HIV 1, anty HIV 2 oraz antygen p-24?

Ad.17

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18 Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy /wzór/

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Ad. 18

Nie

Pytanie nr 19 Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy /wzór/

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu oraz usunięcia awarii liczony był w godzinach w dni robocze?

Ad.19

Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ

Pytanie nr 20 Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy /wzór/

Par. 8 ust. 5 Zwracamy się z prośbą o podanie numeru i producenta kontroli międzynarodowej.

Ad.20

Numery i producenci kontroli międzynarodowej:

Zadanie nr I - RIQAS RQ 9112/s, RQ 9129, RQ 9115, RQ 9114

Zadanie nr II - RIQAS RQ 9125/b, RQ 9141, RQ 9151

Zadanie nr III - RIQAS RQ 9118

Zadanie nr IV - RIQAS RQ 9135 (a)

Zadanie nr V - LABQUALITY 3130

Pytanie nr 21 Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy /wzór/

Par. 13 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Ad.21

Nie

Pytanie nr 22 Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy /wzór/

Par. 13 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę" na "W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych"?

Uzasadnienie:



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis " W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę " obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Ad. 22

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 23 Dot. Załącznik nr 6 - umowa dzierżawy /wzór/

Par. 13 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Ad.23

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 24 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Ad.24

Nie

Pytanie nr 25 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Ad.25

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 26 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Ad. 26

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 27 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 7 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Prawo odmowy dostarczenia towaru przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Ad.27

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Pytanie nr 28 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Ad.28

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 29 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę" na "W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych"?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Zapis " W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę " obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Ad.29

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pytanie nr 30 Dot. Załącznik nr 7 - umowa /wzór/

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ad.30

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Zamawiający informuje, iż terminu składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe
Ewa Łobodzka