SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
04–082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63

Warszawa, dnia 11.09.2020 r.

**Nr sprawy: SZPZLO/ZP/03/20**

**Informacja** dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup i dostawa aparatu USG – 1 szt. dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe**

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2020 r. pod numerem **579953-N-2020.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**
**W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:**

**Pytanie Nr 1** - dotyczy punktu 2.

Prosimy o informację czy zamawiający pragnie zmienić zapis o roku produkcji na wymagany 2020 r.? Instalacja aparatu ma nastąpić w czwartym kwartale 2020 r. Można śmiało wnioskować, że każdy fabrycznie nowy sprzęt powinien być wyprodukowany w 2020 r.

**Ad 1.**

**Zamawiający zmienia zapis na: „Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r."**

**Pytanie Nr 2** - dotyczy punktu 16.

Zamawiający wymaga: ,,regulacja pola obrazowania 35 cm". Czy Zamawiający miał na myśli standardowy zakres regulacji pola obrazowania 1 – 35 cm? Prosimy o potwierdzenie czy jest to omyłka pisarska.

**Ad 2.**

**Zamawiający zmienia zapis na: „Regulacja głębokości pola obrazowania, Min. 34 cm."**

**Pytanie Nr 3** - dotyczy punktu 34.

Zamawiający wymaga obrazowania elastograficznego typu STRAIN. Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga obrazowania elastograficznego na wszystkich oferowanych głowicach?

**Ad 3.**

**Zamawiający wymaga obrazowania elastograficznego typu STRAIN co najmniej na obu głowicach liniowych.**

**Pytanie Nr 4** - dotyczy punktu 44.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system ultrasonograficzny renomowanego producenta o parametrach diagnostycznych przewyższających wymagania tabeli technicznej SIWZ, który posiada wbudowany dysk SSD systemowy o pojemność 128 GB oraz wbudowany dysk HDD do zapisu zdjęć i danych użytkownika o pojemność 500 GB?

**Ad 4.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 5** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 10

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Potwierdzeniem wpływu zgłoszenia jest zwrotna informacja skierowana niezwłocznie do ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ w formie pisemnej (faxem lub drogą mailową). W przypadku gdy WYKONAWCA nie potwierdzi zgłoszenia w ciągu 2 godzin od daty skutecznego wysłania, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało skutecznie dokonane po upływie 2-ch godzin od momentu jego wysłania." na „Potwierdzeniem wpływu zgłoszenia jest zwrotna informacja skierowana niezwłocznie do ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ w formie pisemnej (faxem lub drogą mailową). W przypadku gdy WYKONAWCA nie potwierdzi zgłoszenia w ciągu 2 godzin od daty skutecznego wysłania, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało skutecznie dokonane po upływie 2-ch godzin od momentu jego wysłania, gdy Zamawiający ma pewność, że jego zgłoszenie dotarło do Wykonawcy"?

**Ad. 5.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 10.**

**Pytanie Nr 6** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 13

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Niesprawność sprzętu objętego gwarancją lub jakiejś jego części przedłuża gwarancję o czas przestoju sprzętu liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na usunięcie awarii do ponownego uruchomienia sprzętu." na „Niesprawność sprzętu objętego gwarancją lub jakiejś jego części przedłuża gwarancję o czas przestoju sprzętu liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na usunięcie awarii do ponownego uruchomienia sprzętu, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy."?

**Ad. 6.**

**Zamawiający zmieni zapis z: „Niesprawność sprzętu objętego gwarancją lub jakiejś jego części przedłuża gwarancję o czas przestoju sprzętu liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na usunięcie awarii do ponownego uruchomienia sprzętu." na „Niesprawność sprzętu objętego gwarancją lub jakiejś jego części przedłuża gwarancję o czas przestoju sprzętu liczony od drugiego dnia roboczego przewidzianego na usunięcie awarii do ponownego uruchomienia sprzętu, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy tej samej klasy."**

**Pytanie Nr 7** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 17

Czy Zamawiający zmieni zapis z „WYKONAWCA gwarantuje minimum 10-letni okres dostępności do części zamiennych do sprzętu." na „WYKONAWCA gwarantuje minimum 8-letni okres dostępności do części zamiennych do sprzętu."
Wielu producentów sprzętu medycznego gwarantuje dostępność części zamiennych na okres min. 8 lat.

**Ad. 7.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 17.**

**Pytanie Nr 8** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 6 ust. 16

Czy Zamawiający zmieni zapis z „WYKONAWCA po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie o fakcie usunięcia danych" na „WYKONAWCA po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie o fakcie usunięcia danych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej"?

**Ad. 8.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w Załączniku nr 6 do SIWZ - wzór umowy § 6 ust. 16.**

**Pytanie Nr 9** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Przy każdej wymianie nośnika (dysku lub innego urządzenia) zawierającego danego osobowe WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z protokołem odbioru. Wymienione nośniki stanowią własność ZAMAWIAJĄCEGO." na „Przy każdej wymianie nośnika (dysku lub innego urządzenia) zawierającego danego osobowe WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z raportem serwisowym. Wymienione nośniki stanowią własność ZAMAWIAJĄCEGO."?

**Ad. 9.**

**Zamawiający zmienia zapis na: "Przy każdej wymianie nośnika (dysku lub innego urządzenia) zawierającego dane osobowe WYKONAWCA przekaże go ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z raportem serwisowym. Wymienione nośniki stanowią własność ZAMAWIAJĄCEGO".**

**Pytanie Nr 10** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni zapis wzoru umowy z „W przypadku jednostronnego odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy." na „W przypadku jednostronnego odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy."

Kary umowne nie mogą być formą wzbogacania się Zamawiającego.

**Ad. 10.**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.**

**Pytanie Nr 11** – dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni zapis wzoru umowy z „W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy." na „W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy."?

Kary umowne nie mogą być formą wzbogacania się Zamawiającego.

**Ad. 11.**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.**

**Pytanie Nr 12** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych - Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, którego zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem wynosi od 1,0 MHz do 14,0 MHz? Zamawiający zamierza kupić aparat USG wyposażony w głowicę o maksymalnej częstotliwości 13,0 MHz w związku z tym zmiana parametru nie wpłynie na jakość diagnostyczną aparatu, a dopuszczenie parametru pozwoli na złożenie ważnej oferty, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 12.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 13** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, którego liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) wynosi 2200? Parametr ten nie ma wpływu na jakość diagnostyczną obrazu. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 13.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 14** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, wyposażony w podstawę jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch z nich? Parametr ten nie ma wpływu na jakość diagnostyczną obrazu. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 14.**

**Zamawiający dopuści urządzenie z podstawą jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch kół.**

**Pytanie Nr 15** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 21

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, umożliwiający odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) na poziomie 227 obrazów/s? Tak mała różnica nie wpłynie znacząco na wartość diagnostyczną uzyskanego obrazu, a dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 15.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 16** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 32

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, wyposażony w przycisk do automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni. Stosowanie kąta bramki dopplerowskiej powyżej 60 stopni jest niezgodne ze sztuką wykonywania badań dopplerowskich i prowadzi do uzyskania wyniku obarczonego błędem pomiarowym.

**Ad. 16.**

**Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w przycisk do automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni.**

**Pytanie Nr 17** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 39

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, umożliwiający obrazowanie trapezowe i nie umożliwiający obrazowania rombowego na głowicach liniowych? Obrazowanie rombowe nie jest wykorzystywane w codziennej pracy lekarza, a dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 17.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 18** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 41

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, umożliwiający zmianę koloru w Color Dopplerze na 8 map? Tak mała różnica nie wpłynie na komfort pracy operatora, a dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 18.**

**Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające zmianę koloru w Color Dopplerze na 8 map.**

**Pytanie Nr 19** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 44

Czy Zamawiający uzna rozwiązanie za równoważne jeżeli wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta będzie wyposażony w wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB? Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 19.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 20** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 46

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, umożliwiający zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD? Są to najbardziej powszechne formaty zapisu plików odtwarzane bezproblemowo na każdym urządzeniu. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 20.**

**Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD.**

**Pytanie Nr 21** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 47

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, który nie umożliwia jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku? Opisane w taki sposób rozwiązanie, umożliwia złożenie wyłącznie oferty na aparat jednej firmy co stanowi naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, nakazującego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

**Ad. 21.**

**Zamawiający zmienia treść punktu 47 załącznika nr 1 do SIWZ na: Zapis obrazu na wewnętrznym dysku twardym i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze.**

**Pytanie Nr 22** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 64, 65

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę konweksową o zakresie częstotliwości pracy 2,0 – 6,0 MHz i liczbie elementów akustycznych 384? Wyższe pasmo częstotliwości pozwoli na bardziej szczegółowe zwizualizowanie struktur. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 22.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 23** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 69

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 4,0 – 12,0 MHz? Wyższe pasmo częstotliwości pozwoli na bardziej szczegółowe zwizualizowanie struktur. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 23.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 24** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 75

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 5,0 – 12,0 MHz? Tak mała różnica nie wpłynie znacząco na wartość diagnostyczną uzyskanego obrazu, a dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 24.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 25** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 81

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę endowaginalną o zakresie częstotliwości pracy 4,0 – 9,0 MHz? Tak mała różnica nie wpłynie znacząco na wartość diagnostyczną uzyskanego obrazu, a dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert co zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 25.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Pytanie Nr 26** – dotyczy Formularza Warunków Technicznych- Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 91

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy autoryzowany serwis jest inny niż dostawca sprzętu, by zamiast kopii umowy zostało załączone oświadczenie tegoż autoryzowanego serwisu gwarantującego serwis przez cały okres trwania gwarancji.

**Ad. 26.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.**

**Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.**

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe
Ewa Łazodzko