SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE
04–082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63

Warszawa, dnia 15.09.2020 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/10/20

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Zakup i dostawa aparatury medycznej dla przychodni przy ul. Styrskiej 44 ”**

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2020 r. pod numerem **582679-N-2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.**
W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie Nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyświetlacza składającego się z jednego dotykowego panelu LCD?

Ad 1.
Zamawiający dopuszcza wyświetlacz składający się z jednego dotykowego panelu LCD..

Pytanie Nr 2

Czy zamawiający wymaga również zakreu pomiaru stężenia bilirubiny co najmniej 0,0 mg/dl – 20mg/dl i (µmol/L) od: 0 do: 340

Ad 2.
Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru stężenia bilirubiny co najmniej 0,0 mg/dl - 20mg/dl i (µmol/L) od: 0 do: 340.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby źródłem światła było Światło LED a ich żywotność wystarczała na min 200 000 pomiarów?

Ad 3.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ze źródłem światła typu LED i żywotnością min 200 000 pomiarów.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wymaga bilirubinometr z możliwością wprowadzenia ID pacjenta oraz ID osoby przeprowadzającej badanie celem wydrukowania badania i załączenia do dokumentacji medycznej?

Ad 4.
Zamawiający dopuszcza bilirubinometr z możliwością wprowadzenia ID pacjenta oraz ID osoby przeprowadzającej badanie celem wydrukowania badania i załączenia do dokumentacji medycznej.

Pytanie Nr 5
Celem zwiększenia konkrecyjności oraz dopuszczenia większej liczby uczestników postępowania zwracamy się z prośbą do Zamawiający o wydzielenie Pakietu pozycji 1 Bilirubinometr i **utworzenie z niej odrębnego pakietu.**

Ad 5.
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Południe
Ewa Łagodzka